

MÅLETEKNISK MEDDELELSE

PÅSKRIFTER PÅ VOLUMENMÅLERE TIL VÆSKER BORTSET FRA VAND

MM.177

11. juni 2003

1 side

Erstatter:

Justervæsenets cirkulære IV nr. 28

Formål / baggrund

Generelt er kravene til påskrifter på målemaskiner beskrevet i de pågældende typegodkendelser.

For enkelte typer af påskrifter, samt i enkelte typegodkendelser, er det ikke tydeligt beskrevet hvorledes udformning og placering af påskrifter skal udføres.

Formålet med denne MM er at indskærpe krav til bestemte påskrifter på målemaskiner der verificeres efter dansk regelsæt.

METROLOGI

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf 35 46 62 00

Fax 35 46 62 02

CVR-nr. 26 89 93 89

danak@danak.dk

www.dansk-metrologi.dk

Påskrifter ved stemplingsmekanisme

Tællværker der er udstyret med stemplingsmekanisme, og som forsynes med påskriften: "Verifikationen (gl. Justeringen) gælder ikke stemplingsmekanismen" skal have påskriften anbragt på forsiden af tællværket ved indstik for kupon, og ikke på toppen af tællværk / stemplingsmekanisme.

Påskriften kan desuden fremgå af verifikationsskilt i.h.t. MDIR 22.46-01, pkt. 4.2.6.7

Sprog

Alle påskrifter der henvender sig til publikum skal være på dansk, herunder enhedsbetegnelserne, f.eks. liter (l eller L), dekaliter (dal), kroner (Kr.), Kroner/liter (Kr./L) o.s.v.

Ligeledes skal påskrifter vedrørende synsglas og mindste verificerede udmåling være på dansk.

Påskrifter der udelukkende henvender sig til teknisk personale der ikke direkte er kunder, herunder personer der foretager verifikation, kan være på et hovedsprog som f.eks. engelsk eller tysk.