

MÅLETEKNISK MEDDELELSE

Måleanlæg på depoter, læsseramper og lignende stationære anlæg.
Mulighed for installation af ventil på luftudskillere.

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

På given foranledning skal Erhvervsfremme Styrelsen hermed oplyse, at det på nedenauførte betingelse forsat kan accepteres, at der er anbragt en ventil på luftafgangsrøret fra luftudskillere, der er installeret i verifikationspligtige måleanlæg på depoter, læsseramper og lignende stationære anlæg.

Betingelse:

Ventilen skal forsegles med plombe med verifikationsmærke i åben stilling sammen med et skilt med påskriften: "Verifikationen er ikke gældende, såfremt denne plombering er brudt"

MM.145

13. juni 2000

side 1 af 1

Erstatter:

Justervæsenets cirkulærer

IV nr. 13 og 13a