



Vedr. MÅLEANLÆG I TRAFIKSEKTOREN

På givne foranledning skal det hermed oplyses:

1. Vedr. påbygning af skærmlader

Typegodkendte standere, hvis udseende tilsyneladende ændres ved påmontering af skærmlader eller andet, uden på det eksisterende standerkabinet, kan verificeres uden tillægsgodkendelse hertil. Det er dog en forudsætning, at standerne i det egentlige standerkabinet er i fuldstændig overensstemmelse med de respektive typegodkendelser og at dette kan konstateres, når de påmonterede skærmlader demonteres.

Det skal pointeres, at den egentlige beskrivelse af det godkendte instrument er givet i typegodkendelsesattestens afsnit 3: "Konstruktion". At attesterne herudover er forsynet med foto(s) er tænkt som en hjælp for det laboratorium, som skal verificere standeren, med henblik på at minimere verifikationsprisen. Laboratoriet er berettiget til at tage betaling for de meromkostninger, som er forbundet med at af-/påmontere skærmlader i forbindelse med verifikation.

2. Vedr. impulsgivere på standere med mekanisk tælleværk

Typegodkendte standere med mekaniske tælleværker, som har fået tilsluttet impulsgiver, vil fortsat kunne verificeres uden tillægsgodkendelse hertil. Det er en forudsætning, at impulsgiveren ikke påvirker det mekaniske tælleværk u hensigtsmæssigt, ligesom standeren skal bære påskriften "verifikationen gælder ikke fjernvisningen" og fjernvisningsenheden skal bære påskriften "ikke verificeret".

(Det er tilladt at undlade at udskifte gamle påskrifter med betegnelser som "justeringen" og "ujusteret").